



Servicio Nacional de Aduanas
 Dirección Nacional
 Subdirección Fiscalización
 Depto. Laboratorio Químico

Anexo 94-44

**Hoja de Registro N°5:
 Planilla de verificación de temperatura del horno de secado**

TERMÓMETRO DEL HORNO DE SECADO CÓDIGO: _____ CAPACIDAD: _____ UBICACIÓN DEL HORNO: _____
 SELLO CALIBRACIÓN: _____ FECHA CALIBRACIÓN: _____

TERMÓMETRO CALIBRADO CÓDIGO: _____ RANGO: _____
 SELLO CALIBRACIÓN: _____ FECHA CALIBRACIÓN: _____

OBSERVACIONES: _____

NOMBRE	FECHA	HORA	CÓDIGO TERMÓMETRO	TEMPERATURA DEL HORNO	TERMÓMETRO MEDIDA EN HORNO			ESTADO ¹⁴
					BASE	CENTRO	SUPERIOR	

NOMBRE, FIRMA Y RUT SUPERVISOR

NOMBRE, FIRMA Y RUT PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA ACTIVIDAD

¹⁴ **ESTADO:** Si el valor registrado de las temperaturas se encuentra en los intervalos de incertidumbre definidos se debe escribir "ACEPTADO", de lo contrario será "RECHAZADO"

